

## Vysvětlení zadávací dokumentace Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Název zakázky: „ZZS ZK – jednorázové vyšetřovací a operační rukavice 2020“  
Číslo zakázky: VZ/2020/2/02  
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/05/18 Krajského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona

Zadavatel obdržel dne 10.3.2020 dotaz / žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tímto odpovídá na položený dotaz.

Odpověď se uveřejňuje na internetových stránkách zadavatele stejným způsobem jako zadávací dokumentace a současně se odesílá dodavateli, který o vysvětlení zadávací dokumentace požádal, jakož i všem ostatním dodavatelům, kterým zadavatel zaslal výzvu k podání nabídky.

### Znění dotazu:

*Dobrý den,  
chtěli jsme požádat, zda-li na základě normy, která stanovuje hodnotu AQL EN 455-1 a s přihlédnutím k objemu poptávaných operačních rukavic bude akceptována hodnota AQL 1,5.*


### Vysvětlení zadávací dokumentace / dodatečné informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu uvádí, že ano, u operačních rukavic bude akceptována i hodnota AQL 1,5.

V příloze současně zadavatel přikládá upravený návrh rámcové kupní smlouvy (příloha č. 3 výzvy k podání nabídek), který nahrazuje předchozí znění přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek.

Všechny ostatní skutečnosti a údaje uvedené ve výzvě k podání nabídky a v jejích přílohách zůstávají beze změny, včetně lhůty pro podání nabídek.

Ve Zlíně dne 11.3.2020



.....  
Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace  
JUDr. Josef Valenta, ředitel